

# ОТЗЫВ

## о работе цифрового телеуправляемого аппарата Dixon Clisis

Цифровой телеуправляемый аппарат Dixon Clisis был поставлен в рентгенологическое отделение ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России 31.03.2014 г.

В период использования аппарат показал хорошее качество изображения в режимах рентгеноскопии и рентгенографии, удобство в обработке, архивирования и печати. Загрузка аппарата составляет 20—30 исследований. Благодаря высокой чувствительности и увеличенному размеру детектора система позволяет успешно проводить исследования органов грудной клетки, диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта, повреждений черепа, позвоночника и конечностей. Возможность трехстороннего доступа к пациенту обеспечивает персонал дополнительными возможностями при позиционировании пациента и проведении контрастных исследований.

Система была принята в фактическую эксплуатацию 02.07.2014. С этого момента аппарат выходил из строя два раза с общей продолжительностью простоя 11 дней.

Зав. рентген отделения  
Ружских Ольга Петровна

ФГБУ «Лечебно-  
реабилитационный центр»  
Минздрава России  
03 декабря 2014 г.

