

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области
«Городской клинический
перинатальный центр»**

**Герцена ул., 69, г. Омск. 644007
Тел/факс (3812) 24-43-95
E-mail: pr.krd1@mail.ru
ИНН/КПП 5503031300/550301001**

№ _____
На № _____ от _____

Отзыв на облучатель фототерапевтический неонатальный Dixon XHZ-200

Облучатель фототерапевтический неонатальный Dixon XHZ-200 находился на опробации в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Городской клинический перинатальный центр» в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей №2 с 18.02.25 по 03.03.25. Основное преимущество данного аппарата - светодиодный источник 360° обеспечивает наибольшую эффективность терапии желтух новорождённых, сокращение времени лечения, а также снижает процент заболеваний и осложнений, связанных с гипербилирубинемией. Продуманная конструкция данного аппарата способствует лёгкой эксплуатации: удобная выдвижная кровать с регулируемым углом наклона обеспечивает быстрый доступ к новорожденному, окошко для наблюдения за пациентом позволяет проводить лечение без прерывания, сенсорный дисплей обеспечивает отображение основных параметров проведения процедуры и комфортное управление лечением, механизм полного открывания камеры аппарата позволяет легко очищать и дезинфицировать поверхности. За предоставленное время использования аппарата было пролечено 2 пациента, отмечалось быстрое и значительное снижение уровня билирубина: у первого пациента за 24 часа лечения снижение билирубина на 118 мкмоль/л, у второго пациента за 20 часов лечения на 110 мкмоль/л.

Врач-неонатолог ОПНиНД №2

Е.В.Сазонова



Заместитель главного врача
по педиатрической помощи

Э.В.Нестеренко

