

Отзыв о работе палатного аппарата Dixon Remodix 9507

Палатный аппарат Dixon Remodix 9507 был поставлен в рентгенотделение медицинского центра ООО «КДЦ ОРИС» на апробацию с 15.07.2015 по 02.08.2015.

С начала апробации было сделано около 20 диагностических исследований и около 50 исследований связанных с профилактическими осмотрами.

Аппарат легко преодолевает высокие пороги и препятствия. Поворотный штатив позволяет устанавливать излучатель в нужное положение без перемещения аппарата. Мощности вполне хватает для рентгенографии грудной клетки и абдоминальной области. В ходе апробации явных недостатков не наблюдалось.

Генеральный директор

ООО «КДЦ ОРИС»



Баскаков И. А.

02 июля 2020 г.