


Отзыв

о клиническом использовании: Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03-«Тритон» по ТУ 26.60.12.011-32119398-2019.

(Комплектация Р3.23 с капнографом)

(ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»), Россия.



Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03-«Тритон» Комплектация Р3.23 с капнографом получен нами для клинических испытаний в сентябре 2023 года на срок 30 дней.

Обучение работе на аппарате не заняло много времени в связи с тем, что монитор обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом с необходимым и достаточным количеством регуляторов и сигналов тревог на панели управления. Управление монитором не вызывает сложностей у врачей, имеющих опыт работы на аппаратах других моделей.

Контингент пациентов: (пациенты в возрасте 18-92 года, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии с полиорганной недостаточностью вызванной сепсисом и септическим шоком различной этиологии)

Монитор использовался к прикроватный монитор, отслеживались следующие показатели (ЧСС, АД инвазивное и неинвазивное, SpO2, температура)

Оборудование произведено в России, монтаж, обучение персонала, гарантийное и сервисное обслуживание обеспечивают специалисты технического центра поставщика этих мониторов – ООО «ДелиМед»

Необходимо отдельно отметить приемлемые ценовые показатели монитора «Тритон-ЭлектроникС» среди мониторов данного класса.

Вывод:

Можно сделать заключение о соответствии монитора «Тритон-ЭлектроникС» требованиям, выдвигаемым современной медициной к реанимационным мониторам пациента.

Зав. отделением анестезиологии и реанимации №2
ГБУЗ «ККБ №2»

ФИО .

Фокша В.А.

Дата: 12 ноября 2023 г.

