


ИОЛ TECNIS PureSee®

с системой имплантации TECNIS SIMPLICITY®

Модель DENO0V



Передняя сторона





ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ¹		
Номер модели:	DENO0V	
Оптическая сила:	от +5,0 до +34,0 дптр. с шагом 0,5 дптр.	
Диаметр:	6,0 мм	
Толщина центра линзы:	0,7 мм (20,0 дптр.)	
Форма:	Двояковыпуклая интраокулярная линза с асферической передней поверхностью, запатентованная рефракционная поверхность для увеличения глубины фокуса	
Материал:	Гидрофобный акрил с УФ-фильтром и фильтром фиолетового света	
Показатель преломления:	1,47 при 35 °C	
Дизайн края:	Матовый край с квадратным профилем ProTEC по всей окружности	
БИОМЕТРИЯ*	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ [†]	ОПТИЧЕСКАЯ ^{††}
А-Константа:	118,8	119,3
Глубина ПК:	5,4 мм	5,7 мм
Фактор хирурга: ²	1,68 мм	1,96 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАПТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ¹		
Общий диаметр:	13,0 мм	
Толщина:	0,46 мм	
Тип:	С	
Материал:	Гидрофобный акрил с УФ-фильтром и фильтром фиолетового света	
Дизайн:	TRI-FIX , офсетный дизайн, моноблочная линза	
Система имплантации с предустановленной ИОЛ TECNIS SIMPLICITY [®]		

* Значения, теоретически полученные для типичной линзы 22,0 дптр. Компания Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. рекомендует хирургам применять индивидуальную А-константу на основе используемых хирургических методик и оборудования, опыта работы с моделью линзы и послеоперационных результатов.

[†] Константы ИОЛ были теоретически получены для контактной ультразвуковой биометрии.

^{††} Константы ИОЛ были получены на основе результатов клинической оценки платформы моноблочной ИОЛ **TECNIS**[®].

Список литературы:

1. ИОЛ **TECNIS PureSee**[®] с системой имплантации **TECNIS SIMPLICITY**[®], модель DENO0V, Z311782, действующая редакция.
2. Рассчитано по формуле Holladay I: Holladay JT. International Intraocular Lens and Implant Registry 2003. *J Cataract Refract Surg* 2003;29:176-197. REF2016CT0151.

Только для медицинских специалистов. Полный список показаний и важная информация по безопасности указаны в инструкции по применению. В случае возникновения каких-либо вопросов свяжитесь с нашими специалистами. TECNIS[®] и Tecnis PureSee[®] являются зарегистрированными товарными знаками Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc 2025

Регистрационное удостоверение № P3H 2025/25584 от 04.06.2025