






Toric II

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ¹

Оптическая сила:	от +5,0 до +34,0 дптр. с шагом 0,5 дптр.				
Номера моделей:	DFW100	DFW150	DFW225	DFW300	DFW375
Оптическая сила цилиндра (дптр) — плоскость ИОЛ	1,00	1,50	2,25	3,00	3,75
Оптическая сила цилиндра (дптр) — плоскость роговицы	0,69	1,03	1,54	2,06	2,57
Диаметр:	6,0 мм				
Толщина центра линзы:	0,7 мм (20,0 дптр)				
Форма:	Двояковыпуклая интраокулярная линза с асферической торической передней поверхностью и технологией ChromAlign® для коррекции хроматических aberrаций для улучшенной контрастной чувствительности				
Материал:	мягкий складывающийся гидрофобный акриловый материал с фильтром УФ-излучения и фиолетового света				
Показатель преломления:	1,47 при 35 °C				
Дизайн края:	Матовый край с квадратным профилем ProTEC по всей окружности				
Технология коррекции хроматических aberrаций ChromAlign®:	Запатентованная технология для коррекции хроматических aberrаций				

БИОМЕТРИЯ*	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ†	ОПТИЧЕСКАЯ††
А-Константа (SRK/T):	118,8	119,3
Глубина ПК (HofferQ):	5,4	5,7
Хирургический фактор (SF) (Holladay):²	1,68	1,96

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАПТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ¹


Общий диаметр:	13,0 мм
Толщина:	0,46 мм
Тип:	C, смещение гаптической части TRI-FIX относительно оптической части, моноблочная линза
Материал:	мягкий складывающийся гидрофобный акриловый материал с поглотителем УФ-излучения и фиолетового света
Дизайн:	Новый дизайн гаптического элемента и матовая поверхность

Система имплантации **TECNIS SIMPLICITY®** с презагруженной ИОЛ

* Значения, теоретически полученные для типичной линзы 22,0 дптр. Компания «Джонсон энд Джонсон» рекомендует хирургам применять индивидуальную А-константу на основе используемых хирургических методик и оборудования, опыта работы с моделью линзы и послеоперационных результатов.

† Константы ИОЛ были теоретически получены для контактного ультразвука.

†† Константы ИОЛ были получены на основе результатов клинической оценки платформы моноблочной ИОЛ **TECNIS®**.



Для получения точных результатов для определения подходящей торической модели используйте торический калькулятор **TECNIS®**. Для точного выбора модели линзы и расположения оси калькулятор предоставляет три варианта ИОЛ с учетом остаточного астигматизма на основании результатов предоперационной кератометрии, биометрии и предпочтений хирурга. www.TecnisToricCalc.com

Список литературы: 1. **TECNIS Synergy® Toric II OptiBlue®** ИОЛ с системой имплантации **TECNIS SIMPLICITY®**, модель DFW - DfU INT - Z311804E, текущая версия. 2. Holladay JT, International Intraocular Lens & Implant Registry 2003. *J Cataract Refract Surg.* 2003; 29:176-197. REF2016CT0151.

Только для медицинских специалистов. Полный список показаний и важная информация по технике безопасности указаны в инструкции по применению. В случае возникновения каких-либо вопросов свяжитесь с нашими специалистами.

Регистрационное удостоверение № PЗН 2025/25565 от 03.06.2025