

ОТЗЫВ

о работе цифрового палатного аппарата Dixon Remodix 9507

Цифровой палатный аппарат Dixon Remodix 9507 был принят на апробацию в рентгенологическое отделение ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России на период 30.10.2014—01.11.2014 и 15.01.2015—02.02.2015.

За время работы на аппарате было сделано более 80 диагностических снимков, в том числе кисти, стопы, бедра, грудной клетки. Высокое качество изображений не вызывает сомнений. Аппарат легко перемещается по учреждению и позиционируется в месте проведения исследований. Дополнительное удобство обеспечивается способностью штатива вращаться вокруг вертикальной оси и небольшим весом цифрового детектора.

Выявленными недостатками являются невозможность добавления снимка в уже существующее исследование пациента и отсутствие предварительного показа снимка перед печатью на пленке. В остальном по эксплуатационным качествам аппарат полностью удовлетворяет нуждам отделения.

Зав. рентген отделения
Рузских Ольга Петровна

ФГБУ «Лечебно-реабилитационный
центр» Минздрава России
03 февраля 2015 г.

